

仕 様 書

1 品 名 ドライシェルフ（温風ユニット付）

2 仕 様

下記同等品以上であること。

ドライシェルフ	
材質	本体・メッシュ棚：スチール（塗装仕上げ） 水受け皿：PVC
サイズ(W×D×H)	730 mm×515 mm×1, 515 mm程度
棚板寸法	700 mm×450 mm程度
メッシュサイズ	100 mm×50 mm程度
総耐荷重	40 kg程度（10kg/段程度）
棚段数	4 段（水受け含む）
棚板間隔	50 mmピッチで可変できること
重量（棚板含む）	25 kg程度
その他	以下を付属すること 支柱×4 本、天板×1 枚、棚板×3 枚、下段保護枠×1 枚、 水受け皿×1 皿、レール式ビニールカーテン1 枚
温風ユニット	
材質	スチール（塗装仕上げ）
風量	1.6/0.9 m ³ /min（50/60Hz）
ヒーター	400W 程度
タイマー	最大 30 時間（ヒーターのみ/ファンは連続運転）
電源	AC100V 50/60Hz（コード長：1.8m）
重量	5 kg程度

3 基 準 品

アズワン ドライシェルフ（温風ユニット付）ADS-1D

上記の基準品と同等品以上で見積もる場合は、見積書提出前にカタログ等仕様の判る資料を提出し、下記 7 の担当者の了承を得ること。了承のうえは、見積書にメーカー名・型番、「同等品承認済み」と明記すること。

4 数 量 1 式

5 納入場所

施 設 名：静岡県狩野川西部浄化センター 管理棟 1F 理化学試験室
(静岡県沼津土木事務所下水道課狩野川西部浄化センター班)

住 所：〒410-0312 沼津市原字女鹿塚 3060-1

電話番号：055-968-2623

6 納入期限

令和 8 年 11 月 30 日 (月)

7 仕様及び納入に関する問合せ先

沼津市原字女鹿塚 3060-1 狩野川西部浄化センター 管理棟 2 F

沼津土木事務所下水道課狩野川西部浄化センター班

担当：沓間 電話番号：055-968-2623

8 見積書提出先及び契約に関する問合せ先

沼津市高島本町 1 - 3 東部総合庁舎本館 3 階

会計総務課東部出納室

担当：杉村 電話番号：055-920-2040

9 その他事項

(1) 納入日時は事前に上記 7 の担当者と調整し、設定すること。

(2) この仕様書に定めのない事項については、上記 7 担当課と協議のうえ決定すること。